



**Protokol**  
**o bezpečnostně technické kontrole**  
**zdravotnického prostředku (ZP) – přístroje**

V souladu se Zákonem 123/2000 Sb. § 52.

Poskytovatel zdravotní péče: Fakultní nemocnice Olomouc  
I.P. Pavlova 6  
775 20 Olomouc

Umístění ZP: Oční ambulance II/

Inv.č.: I022807-000

Název: Štěrbínová lampa

Typ: 990-3x

Výrobce: CSO

Výr.č.: 04030036

Druh kontroly a měření	Výsledek	Poznámka
stav mechanických funkcí a částí	vyhovuje / <del>nevyhovuje</del>	bez závady ..... ..... .....
stav elektrických a elektronických funkcí a částí	vyhovuje / <del>nevyhovuje</del>	bez závady ..... ..... .....
stav optiky	vyhovuje / <del>nevyhovuje</del>	bez závady ..... .....
kontrola el. bezpečnosti	vyhovuje / <del>nevyhovuje</del>	Izolační odpor >20MΩ Přechodový odpor 0.10Ω
Meditest 50 – v.č.: 204027		

**Celkový stav přístroje vyhovuje / ~~nevyhovuje~~ pro použití k výrobcem stanovenému účelu při poskytování zdravotní péče a je / ~~není~~ funkční a bezpečný.**

Termín následné kontroly: 21. 5. 2008

Zhotovitel: CMI, s.r.o.

Kontrolu provedl dne: 21. 5. 2007

Ing. Lukáš Chmelka

Jméno a podpis