



A III

Protokol
o bezpečnostně technické kontrole
zdravotnického prostředku (ZP) – přístroje

V souladu se Zákonem 123/2000 Sb. § 52.

Poskytovatel zdravotní péče: Fakultní nemocnice Olomouc

Umístění ZP: oční klinika, ambulance

Inv.č.: I022807-000

Název ZP: štěrbinová lampa

Typ: CSO SL990 3X

Výrobce: CSO

Výr.č.: 04030036

Druh kontroly a měření	Výsledek	Poznámka
stav mechanických funkcí a částí	vyhovuje / nevyhovuje
stav elektrických a elektronických funkcí a částí	vyhovuje / nevyhovuje
stav optiky	vyhovuje / nevyhovuje
kontrola el. bezpečnosti Meditest 50 – v.č.: 204027	vyhovuje / nevyhovuje	odpor ochranného uzemňovacího vodiče 0,25Ohm hodnota izolačního odporu >20 Mohm

Celkový stav přístroje vyhovuje / ~~nevyhovuje~~ pro použití k výrobcem stanovenému účelu při poskytování zdravotní péče a je / ~~není~~ funkční a bezpečný.

Termín následné kontroly: 5.6.2009

Zhotovitel: CMI, s.r.o.

Kontrolu provedl dne: 5.6.2008


CMI s.r.o.
Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94
180 00 Praha 8
ICO: 471 720
DIČ: CZ47117320
Petr Sixta
Jméno a podpis: sk