



## PROTOKOL O BEZPEČNOSTNÍ TECHNICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

### ZÁKLADNÍ INFORMACE

Datum bezpečnostní technické kontroly	15.8.2006	
Zákazník	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC	
Technik	Ing. Martin Vondráček	
Zařízení	Tiskárna	
Typ	UP890CE	
Výrobce	SONY	
Výrobní číslo	29721	
Verze firmware		
Příslušenství		
Typ	Výr.č.	Výrobce

### VIZUÁLNÍ KONTROLA

Kontrola síťového přívodu	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Chyba	Pozn.:
Kontrola krytu přístroje	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Chyba	Pozn.:
Kontrola mechanických částí	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Chyba	Pozn.:
Kontrola štítků	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Chyba	Pozn.:
Kontrola dokumentace	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Chyba	Pozn.:

### TEST ELEKTRICKÉ BEZPEČNOSTI

Měřicí přístroj	SECUTEST III	Výr.číslo	OI4343610001
Použitá norma	ČSN EN 60601-1		
Třída ochrany	Třída I	Typ	B
Jmenovité napětí	230 V		
Měření	Prahová hodnota	Naměřená hodnota	
Provozní napětí			225 V
Odpor ochranného vodiče	0,200 Ohm		0,061 Ohm



Unikající proud do země NP	0,500 mA	0,065 mA
Unikající proud do země JZ	1,000 mA	0,116 mA
Unikající proud krytem NP	0,100 mA	0,0005 mA
Unikající proud krytem JZ	0,500 mA	0,0675 mA

#### FUNKČNÍ KONTROLA

Zkouška ZP v uživatelském režimu



Pozn.:

#### ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

Zdravotnický prostředek vyhovuje.

Tato bezpečnostní technická kontrola byla provedena na základě ustanovení Zákona o zdravotnických prostředcích č. 123/2000 Sb. v platném znění a v souladu s požadavky výrobce ZP.

Datum 16.8.2006

Jméno Ing. Martin Vondráček

Podpis



GRANE s.r.o.  
Kudlov 145  
760 01 Zlín