

Protokol o technické kontrole 101/2007

Přístroj: *Kryo ACU 22 XT*
Výrobce: *Keeler*
Sériové číslo: *243/6*
Třída ochrany: *II*

Pracoviště: *Fakultní nemocnice Olomouc*
oční operační sál
I. P. Pavlova
Olomouc, 775 00
IČ: *00098892*
DIČ: *CZ00098892*

Dne 4.12.2007 byla provedena kontrolní servisní prohlídka na výše uvedeném přístroji. Kontrola byla provedena přístrojem **Illko Revex 2051, SN:0501448**. Při měření byly naměřeny tyto hodnoty:

$I_{out,max}$ [mA]: 0,03
 R_{iso} [MΩ]: větší než 20

Revidovaný zdravotnický prostředek je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu. Přístroj **vyhovuje** všem parametrům ve smyslu Zákona č. 130/2003 Sb. §27, §52 a je možné jej nadále používat.

Příští prohlídka nejpozději 4.12.2008.

V Novém Jičíně dne 10.12.2007

Ivo Komenda
servisní technik
Askin & Co. s.r.o.

Askin & Co. s.r.o.
sídlo: Slovanská 934/6
provozovna: Palackého 50
741 01 NOVÝ JIČÍN
DIČ: CZ48399965

