

ASKIN & CO

M E D I C A L T E C H N O L O G Y

ASKIN & CO. s.r.o.

Palackého 50
741 01 Nový Jičín
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420-556-701782

Fax: +420-556-703001

E-mail: askin@askin.cz

Web: www.askin.cz

Protokol o technické kontrole 054/2006

Přístroj: *Kryo jednotka ACU 22 XT*
Výrobce: *Keeler*
Sériové číslo: *24316*
Třída ochrany: *I*

Pracoviště: *Fakultní nemocnice Olomouc*
oční operační sál
I. P. Pavlova 6
Olomouc, 775 00
IČO: 00098892
DIČ: CZ00098892

Dne 29.9.2006 byla provedena kontrolní servisní prohlídka na výše uvedeném přístroji. Kontrola byla provedena přístrojem **Gossen Metrawatt, Secutest S III**, SN: M 7010 B01 K A01 KB01. Při měření nepřímou metodou byly naměřeny tyto hodnoty:

RPE [Ω]:	0,084
$I_{out,max}$ [mA]:	0,061
R_{iso} [$M\Omega$]:	větší než 20

Revidovaný zdravotnický prostředek je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu. Přístroj **vyhovuje** všem parametrům ve smyslu Zákona č. 130/2003 Sb. §27, §52 a je možné jej nadále používat.

Příští prohlídka nejpozději 29.9.2007.

V Novém Jičíně dne 29.9.2006

Ivo Komenda
servisní technik
Askin & Co. s.r.o.

Askin & Co. s.r.o.

sídlo: Slovanská 934/6
provozovna: Palackého 50
741 01 NOVÝ JIČÍN
DIČ: CZ48399965