Protokol o kontrole elektrického zdravotnického přístroje dle zák.123/2000 Sb

Název přístroje:	Inventární číslo:	Výrobce:	rok výroby:	výrobní číslo:
lampa štěrbinová	I 015 429	Zeiss		203048

Majitel přístroje:	Kategorie používání:	Typové označení:	Un [V]	In [A]	Pn [W]	třída ochrany:
FN Olomouc	I	RSL 110	220	0,15	30	I

Datum kontroly	Podmínky měření			Odpor.ochranného vodiče-u tř.I. [Ohm]	Izolační stav - náhradní měření						Výsledek kontroly			Kontrolu provedl	
					síťová část přístupná část		síťová část příložná část		příložná část přístupná část						
	Sestava *1	Délka [m]	Materiál síťového přívodu		Metoda *2	I [mA]	Metoda *2	I [mA]	Metoda *2	I [mA]	Zjištěné závady (vyjádření, závěry atp.)	Celkové hodnocení	Termín další kontroly	Jméno	Podpis
14.3.2007	O	2,5	Cu	0,11	N	<0,01					těžký chod karuselu filtrů, ostatní vyhovuje	V	03/08	Mayer	
19.3.2008	O	2,5	Cu	0,13	N	<0,01					parametry bez výkyv. změn	V	03/08	Mayer	

*1 S-přístroj měřen samostatně (nevyplňují se následující sloupce: "délka [m]" a "materiál síťového přívodu")
P-přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem
O-přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

*2 N-měření náhradního unikajícího proudu
U-přímé měření unikajícího proudu
R-měření rozdílového proudu

kontrola provedena přístrojem MEDITEST 50, č. kalibr. protokolu: 00162/1M50