

Protokol o technické kontrole 97/2007

Přístroj: *Operační mikroskop Leica M690*
Výrobce: *Leica*
Sériové číslo: *1027027*
Inventární číslo: *I018565-000*
Třída ochrany: *I*

Pracoviště: *Fakultní nemocnice Olomouc*
oftalmologická klinika
I. P. Pavlova 6
Olomouc
IČO: *00098892*

Dne 22.11.2007 byla provedena kontrolní servisní prohlídka na výše uvedeném přístroji. Kontrola byla provedena přístrojem **Illko Revex 2051, SN:0501448**. Při měření byly naměřeny tyto hodnoty:

R_p při 10A [Ω]:	0,04
I_{PE} [mA]:	0,15
R_{iso} [$M\Omega$]:	větší než 20

Revidovaný zdravotnický prostředek je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu. Přístroj **vyhovuje** všem parametrům ve smyslu Zákona č. 123/2000 Sb. §27, §28 a je možné jej nadále používat.

Příští prohlídka nejpozději 22.11.2008.

V Novém Jičíně dne 26.11.2007

Ing. Roman Bělík
servisní technik
Askin & Co. s.r.o.

Askin & Co. s.r.o.
sídlo: Slovanská 934/6
provozovna: Palackého 50
741 01 NOVÝ JIČÍN
DIČ: CZ48399965