

ASKIN & CO

M E D I C A L T E C H N O L O G Y

ASKIN & CO. s.r.o.
Palackého 50
741 01 Nový Jičín
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420-556-701782
Fax: +420-556-703001
E-mail: askin@askin.cz
Web: www.askin.cz

Protokol o technické kontrole 48/2007

Přístroj: *Operační mikroskop Leica M841*
Výrobce: *Leica*
Sériové číslo: *140303001*
Inventární číslo: *1020052-000*
Třída ochrany: *I*

Pracoviště: *Fakultní nemocnice Olomouc*
oftalmologická klinika
I. P. Pavlova 6
Olomouc
IČO: *00098892*

Dne 19.6.2007 byla provedena kontrolní servisní prohlídka na výše uvedeném přístroji. Kontrola byla provedena přístrojem **Illko Revex 2051, SN:0501448**. Při měření byly naměřeny tyto hodnoty:

R_p při 10A [Ω]:	0,05
I_{PE} [mA]:	0,08
R_{iso} [M Ω]:	větší než 20

Revidovaný zdravotnický prostředek je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu. Přístroj **vyhovuje** všem parametrům ve smyslu Zákona č. 123/2000 Sb. §27, §28 a je možné jej nadále používat.

Příští prohlídka nejpozději 19.6.2008.

V Novém Jičíně dne 22.6.2007

Ing. Roman Bělík
servisní technik
Askin & Co. s.r.o.

