



Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32

## Protokol o preventivní prohlídce.

Provedeno podle §28 zák. 123/2000 Sb.

Typ : ODSÁVAČKA CH04  
 Výrobce : CHRANA  
 Zákazník : FN OLOMOUC, OČNÍ KL.

Třída, kategorie : 1  
 Výrobní číslo : 88 252  
 015938

### Prohlídka přístroje

Vizuální kontrola ano ~~ne~~  
 Kabely a příslušenství vyhovuje ~~nevyhovuje~~  
 Test funkce vyhovuje ~~nevyhovuje~~  
 Zjištění závady ano ~~ne~~  
 Popis závad

### Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem  
 el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - ~~nevyhovuje~~

	Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno :	Jednotka :
Měření unikajících Proudů přímou metodou	Sít'ová-přístupná část	0,12	1,00 I.tř. , 0,50 II.tř	MA
	Sít'ová-příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	MA
Nepřímou m.	Přístupná-příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	MA
Měření odporu ochranného vodiče		0,08	0,3	Ohm

Použité přístroje : Meditest 50, v.č. 200 069 ,  
 Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usít' = 198-253 V, 50 Hz

Závěr : Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Datum provedení : 20. 12. 2007

Datum příští kontroly : 11/ 2008

Měření provedl : MURIC

**Chironax, spol. s r.o.**  
 Servisní oddělení  
 Mlýnská 42  
 658/32 Brno

*Muric*