

ASKIN & CO

M E D I C A L T E C H N O L O G Y

ASKIN & CO. s.r.o.
Palackého 50
741 01 Nový Jičín
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420-556-701782
Fax: +420-556-703001
E-mail: askin@askin.cz
Web: www.askin.cz

Protokol o technické kontrole 022/2005

Přístroj: *Indirektní oftalmoskop Allpupil*
Výrobce: *Keeler*
Sériové číslo: *0725*
Třída ochrany: *I*

Pracoviště: *Fakultní nemocnice Olomouc*
oční operační sál
I. P. Pavlova 6
Olomouc
IČO: *00098892*

Dne 27.10.2005 byla provedena kontrolní servisní prohlídka na výše uvedeném přístroji. Kontrola byla provedena přístrojem **Gossen Metrawatt, Secutest S III, SN: M 7010 B01 K A01 KB01**. Při měření nepřímou metodou byly naměřeny tyto hodnoty:

RPE [Ω]:	0,068
$I_{out,max}$ [mA]:	0,044
R_{iso} [M Ω]:	větší než 20

Revidovaný zdravotnický prostředek je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu. Přístroj **vyhovuje** všem parametrům ve smyslu Zákona č. 130/2003 Sb. §27, §52 a je možné jej nadále používat.

Příští prohlídka nejpozději 27.10.2006.

V Novém Jičíně dne 31.10.2005

Ivo Komenda
servisní technik
Askin & Co. s.r.o.

Askin & Co. s.r.o.
sídlo: Slovanská 934/6
provozovna: Palackého 50
741 01 NOVÝ JIČÍN
DIČ: CZ48399965

