

Bezpečnostní technická kontrola a prověření

technického stavu dle § 52 zák.č.346/2003 Sb. v platném znění. Prohlídka dle
doporučení výrobce, odpovídá požadavkům § 27 zákona 346/2003 Sb. v platném znění

Zákazník:

FN OLOMOUČ
OCTVI' KLIMKA

Objednávka zákazníka:

Přístroj:

Erbokryo AE

Typ:

10731-001

Výrobní číslo:

D-1126

Testy chování:

Hlavní vypínač - svítí zeleně



LED mražení



LED odmražení



LED připraven k provozu



LED nízký tlak *



Vizuální kontrola:

Návod k použití



Popisky jsou čitelné



Funkční testy:

Funkce nožního ovladače



Funkce spínače po instalaci sondy



Funkčnost mražení se sondou



Funkčnost odmražení se sondou



Funkčnost a čitelnost ukazatele tlaku



Funkčnost a úniky ventilů



Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:

Jistící kontakt na krytu (max 0,3 ohm)

0,19 ohm

Měření unikajících proudů:

Síťová část-přístupná část (max 1mA)

0,06 mA

Síťová část-příložená část (max 0,05 mA)

0,042 mA

Poznámka:

* pouze pro přístroje typu AE

Zrevidovaný elektrochirurgický přístroj je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu

Při měření použity tyto měřicí přístroje MEDITEST 50 v.č.: 200 341

Datum kontroly: 7.5.2008

Platnost do: 5/2009

Technik: KAVRČ PAVEL

Konec