

ASKIN & CO

M E D I C A L T E C H N O L O G Y

ASKIN & CO. s.r.o.

Palackého 50
741 01 Nový Jičín
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420-556-701782

Fax: +420-556-703001

E-mail: askin@askin.cz

Web: www.askin.cz

Protokol o technické kontrole 35/2008

Přístroj: *Parní sterilizátor STATIM 5000*
Výrobce: *SciCan*
Sériové číslo: *52179E3001*
Inventární číslo: *I018980-000*
Třída ochrany: *I*

Pracoviště: *Fakultní nemocnice Olomouc*
oftalmologická klinika
I. P. Pavlova 6
Olomouc
IČ: *00098892*

Dne 16.5.2008 byla provedena kontrolní servisní prohlídka na výše uvedeném přístroji. Kontrola byla provedena přístrojem **Illko Revex 2051, SN:0501448**. Při měření byly naměřeny tyto hodnoty:

R_p při 10A [Ω]:	0,14
I_{PE} [mA]:	0,18
R_{iso} [$M\Omega$]:	větší než 20

U přístroje byla provedena kalibrace sterilizačních cyklů.

Revidovaný zdravotnický prostředek je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu. Přístroj **vyhovuje** všem parametrům ve smyslu Zákona č. 123/2000 Sb. §27, §28 a je možné jej nadále používat.

Příští prohlídka nejpozději 16.5.2009.

V Novém Jičíně dne 19.5.2008

Ing. Roman Bělík
servisní technik
Askin & Co. s.r.o.