

ASKIN & CO

M E D I C A L T E C H N O L O G Y

ASKIN & CO. s.r.o.
Palackého 50
741 01 Nový Jičín
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420-556-701782
Fax: +420-556-703001
E-mail: askin@askin.cz
Web: www.askin.cz

Protokol o technické kontrole 28/2006

Přístroj: *Parní sterilizátor STATIM 5000*
Sériové číslo: *52179E3014*
Třída ochrany: *I*

Pracoviště: *Fakultní nemocnice Olomouc*
oftalmologická klinika
I. P. Pavlova 6
Olomouc
IČO: *00098892*

Dne 26.5.2006 byla provedena kontrolní servisní prohlídka na výše uvedeném přístroji. Kontrola byla provedena přístrojem Illko Revex 2051, SN:0501448. Při měření byly naměřeny tyto hodnoty:

R_p při 10A [Ω]:	0,13
I_{PE} [mA]:	0,19
R_{iso} [M Ω]:	větší než 20

U přístroje byla provedena kalibrace sterilizačních cyklů.

Revidovaný zdravotnický prostředek je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu. Přístroj **vyhovuje** všem parametrům ve smyslu Zákona č. 130/2003 Sb. §27, §52 a je možné jej nadále používat.

Příští prohlídka nejpozději 26.5.2007.

V Novém Jičíně dne 29.5.2006

Ing. Roman Bělík
servisní technik
Askin & Co. s.r.o.

Askin & Co. s.r.o.
sídlo: Slovanská 934/6
provozovna: Palackého 50
741 01 NOVÝ JIČÍN
DIČ: CZ48399965