

ASKIN & CO

M E D I C A L T E C H N O L O G Y

ASKIN & CO. s.r.o.
Palackého 50
741 01 Nový Jičín
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420-556-701782
Fax: +420-556-703001
E-mail: askin@askin.cz
Web: www.askin.cz

Protokol o technické kontrole 36/2008

Přístroj: Parní sterilizátor STATIM 5000
Výrobce: SciCan
Sériové číslo: 52179E3014
Inventární číslo: I018981-000
Třída ochrany: I

Pracoviště: Fakultní nemocnice Olomouc
oftalmologická klinika
I. P. Pavlova 6
Olomouc
IČ: 00098892

Dne 16.5.2008 byla provedena kontrolní servisní prohlídka na výše uvedeném přístroji. Kontrola byla provedena přístrojem Illko Revex 2051, SN:0501448. Při měření byly naměřeny tyto hodnoty:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| R_p při 10A [Ω]: | 0,15 |
| I_{PE} [mA]: | 0,20 |
| R_{iso} [M Ω]: | větší než 20 |

U přístroje byla provedena kalibrace sterilizačních cyklů.

Revidovaný zdravotnický prostředek je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu. Přístroj **vyhovuje** všem parametrům ve smyslu Zákona č. 123/2000 Sb. §27, §28 a je možné jej nadále používat.

Příští prohlídka nejpozději 16.5.2009.

V Novém Jičíně dne 19.5.2008

Ing. Roman Bělík
servisní technik
Askin & Co. s.r.o.