



Držitel certifikátu ISO 9001:2001

Steripak s.r.o.

Poděbradova 849
664 42 Modřice

tel.: 547 422 240
fax: 547 422 248
email: info@steripak.cz

Místo instalace: FN Olomouc

Oddělení Centrální sterilizace

I.P.Pavlova Olomouc

Protokol o bezpečnostně technické kontrole

Datum provedení : 04.06.2008

servisní technik: Igor Palán

Typ stroje: GRS REBI

výrobní číslo: 0423/04

Provedené úkony:

1. seřízení a celkové vyčištění přístroje
2. Kontrola a nastavení teploty
3. Kontrola a nastavení přtlaku
4. promazání kluz.ložisek
5. el. revize

Závěr:

Přístroj schopný provozu , další kontrola 06/2009



Poděbradova 849, 664 42 Modřice
tel.: 547 422 240, fax: 547 243 603
IČ: 26225484, DIČ: CZ26225484

Servisní technik:
(razítko,podpis)

Protokol č. OLM00203 o revizi elektrického spotřebiče, odpojitelného nebo prodlužovacího přívodu provedené dle ČSN 33 1610

Název spotřebiče Kontinuální svářečka		Inventurní číslo		Výrobce Gandus Saldatrici s.r.l.		Rok výroby 2004	Výrobní číslo 0423/04						
Majitel spotřebiče FN Olomouc CS		Typové označení GRS H-REBI		U _n [V] 230	I _n [A]	P _n [W] 500	Skupina el. spotřebičů C						
Datum kontroly	Sestava	Délka síťového přívodu [m]	Odpor ochranného vodíče* [Ω]	Izolační odpor [MΩ]	Proud ochranným vodíčem [mA]	Dotykový proud [mA]	Náhradní unikající proud [mA]	Výsledek prohlídky	Zkouška chodu	Celkové hodnocení V = vyhovuje N = nevyhovuje	Termín další kontroly	Zařazení: přenosný spotřebič	
4.6.2008	spotřebič		0,11	>50	0,7	0	---	Bez závad	Bez závad	V	06/2009	Miroslav	Jméno Přístroj PU 184 delta
	odpojitelný přívod **	2	0,11	>50	0,7	---	---	Bez závad	Bez závad	V	06/2009	Machala	

Zjištěné závady :

Svářečka GRS-H-REBI výrobní číslo 0423/04 byla shledána bez závad

