

Steripak s.r.o.

Poděbradova 849

664 42 Modřice

telefon: 547 422 240

fax: 547 422 248

e-mail: info@steripak.cz

http://www.steripak.cz

Místo instalace: FN Olomouc

Oddělení oční sály

I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc

n.s. 1462

Protokol o preventivní prohlídce

Datum: 05.05.2005

servisní technik: Igor Palán

Typ stroje: Gandus H-Data

výrobní číslo: 0423 i.č D054343

Provedené úkony:


1. seřízení a celkové vyčištění přístroje
2. promazání převodů
3. seřízení přitlaku
4. kontrola teploty

Závěr:

Přístroj je schopný provozu ,a je ve velmi dobrém stavu

Steripak
autorizovaný dealer WIPAK MEDICAL
Poděbradova 849, 664 42 Modřice
tel.: 547 422 240, fax: 547 248 693
IČ: 26225484, DIČ: CZ26225484

Servisní technik:
(razítko, podpis)



PROTOKOL O OPRAVĚ

0054343

Steripak s.r.o.
Poděbradova 849
664 42 Modřice
info@steripak.cz

tel.: 547 422 240
fax: 547 422 248
servis: 547 422 249
mobil: 603 237 075