

Steripak s.r.o.

Poděbradova 849

664 42 Modřice

telefon: 547 422 240

fax: 547 422 248

e-mail: info@steripak.cz

http://www.steripak.cz

Místo instalace: FN Olomouc

Oddělení Oční op. sály

I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc

n.s. 1462

Protokol o preventivní prohlídce

Datum provedení: 16.05.2007

servisní technik: Igor Palán

Typ stroje: GRS REBI

výrobní číslo: 0426

Provedené úkony:

1. seřízení a celkové vyčištění přístroje
2. promazání převodů
3. seřízení přitlaku
4. kontrola teploty
5. elektro revize

Závěr:

Přístroj je schopný provozu , další kontrola 05/2008

Steripak
autorizovaný dealer WIPAK MEDICAL
Poděbradova 849, 664 42 Modřice
tel.: 547 422 240, fax: 547 248 003
IČ: 26225484, DIČ: CZ26225484

Servisní technik:

(razítko, podpis)

**Protokol č...010980....o kontrole (revizi) elektrického spotřebiče
nebo prodlužovacího přívodu provedené dle Doporučení ČES 33.03.94 (revidované znění 95)**

Název spotřebiče	Inventurní číslo	Výrobce	Rok výroby	Výrobní číslo			
Kontinuální svářečka		Gandus Saldatrici s.r.l.	2005	0423			
Majitel spotřebiče	Kategorie používání	Kategorie využití	$P_n = [W]$	Třída ochrany			
FN Olomouc Oční klinika	2	B	500	I			
Datum kontroly	Podmínky měření		Kontrolu provedl				
	Sestava	Zjištěné závady					
	Délka síťového přívodu [m]						
	Matériál síťového přívodu						
16.05.07	O	2	CYSY 1	Jméno			
		Bez závad		Přístroj			
		V					
		po roce					
		Machala					
		v.č105283058					

Revizní zpráva.

Swäřečka H-REBI výrobní číslo 0423 byla shledána bez závad

ELEKTROSERVIS
Machala Miroslav
BRNO Drdy 36

Legenda V = vyhovuje N = nevyhovuje