



PROTOKOL O BEZPEČNOSTNÍ TECHNICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Datum bezpečnostní technické kontroly	24.11.2006	
Zákazník	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC	
Technik	Ing. Martin Vondráček	
Zařízení	Xenonový světelný zdroj	
Typ	XENON 1266-X	
Výrobce	D.O.R.C.	
Výrobní číslo	553	
Verze firmware		
Příslušenství		
Typ	Výr.č.	Výrobce

VIZUÁLNÍ KONTROLA

Kontrola síťového přívodu	☒ OK	☐ Chyba	Pozn.:
Kontrola krytu přístroje	☒ OK	☐ Chyba	Pozn.:
Kontrola mechanických částí	☒ OK	☐ Chyba	Pozn.:
Kontrola štítků	☒ OK	☐ Chyba	Pozn.:
Kontrola dokumentace	☒ OK	☐ Chyba	Pozn.:

TEST ELEKTRICKÉ BEZPEČNOSTI

Měřicí přístroj	SECUTEST III	Výr.číslo	OI4343610001
Použitá norma	ČSN EN 60601-1		
Třída ochrany	Třída I	Typ	BF
Jmenovité napětí	230 V		
Měření	Prahová hodnota	Naměřená hodnota	
Provozní napětí			241 V
Odpor ochranného vodiče	0,200 Ohm		0,086 Ohm



Unikající proud do země NP	0,500 mA	0,004 mA
Unikající proud do země JZ	1,000 mA	0,042 mA
Unikající proud krytem NP	0,100 mA	0,0009 mA
Unikající proud krytem JZ	0,500 mA	0,0041 mA

FUNKČNÍ KONTROLA

Zkouška ZP v uživatelském režimu



Pozn.:

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

Zdravotnický prostředek vyhovuje.

Tato bezpečnostní technická kontrola byla provedena na základě ustanovení Zákona o zdravotnických prostředcích č. 123/2000 Sb. v platném znění a v souladu s požadavky výrobce ZP.

Datum 29.11.2006

Jméno Ing. Martin Vondráček

Podpis



GRANE s.r.o.
Kudlov 145
760 01 Zlín