

# ACCU-CHEK® Inform



Dne: 2.12.22


byla provedena kontrola systému na stanovení glukózy AccuChek Inform. Hodnota testu je uvedená v příložené tabulce a grafu.

ods. 25

Číslo AccuChek Inform: 42 100 127 5T

LOT testovacích proužků: 470 180

LOT Kitu Linearity: 80 300



	2.1	3.2	6.9	14.5	25.8	26.8	
Výsledek							
Cílová hodnota							

Test linearity byl uznán jako: **VYHOVUJÍCÍ**

**NEVYHOVUJÍCÍ**

Servisní test byl ohodnocen jako: **VYHOVUJÍCÍ**

**NEVYHOVUJÍCÍ**

Byl proveden upgrade systému na verzi firmware: \_\_\_\_\_



ROCHE s.r.o.  
Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7  
DIČ: 007 - 49617052  
IČO: 49617052

Potvrzení vydal: Zanis