

**Protokol o kontrole přístroje (Zák.č. 346/2003 Sb. Zák. 123/2000 Sb, § 52)**

Ferdinand Menzl-medizintechnik s.r.o.  
Lieberzeitova 6  
614 00 Brno  
Tel.,fax.,zázn.: 545 210 463

Datum provedení: 2007-06-13  
Místo kontroly: Ferdinand Menzl Brno  
Objednávka kontroly: DIS0701041  
Přístroj: Pari Boy v.č. BB43BA0096  
Evid.č. DO38080-000

Provozovatel: Kompresorový inhalátor  
Fakultní nemocnice Olomouc  
Rozsah provedených prací: Čištění, seřízení tlaku kompresoru /1,5/0,8/

Zjištěné závady: Velmi silně znečištěn, nízký tlak.  
Provedeno vyčištění, seřízení tlaku

Závěr: Předán do užívání, kompresor funkční.

Kontrolu provedla: Olga Smutná



V Brně: 2007-06-15

**FERDINAND MENZL**  
MEDIZINTECHNIK s. r. o.  
Lieberzeitova 6  
614 00 Brno  
Tel./fax: 05/45210463 Tel.: 05/45242346