

člen Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

PROTOKOL O PERIODICKÉ BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ KONTROLE

podle § 27, § 28, § 52 zákona 123/2000 Sb. v platném znění

Zdravotnický prostředek – typ: Průtokoměr 02 -15	Výrobní číslo: 0611 04728A	Inventární číslo: D 002 296-000
Výrobce: GCE Chotěboř	Zdravotnický prostředek třídy: IIb	
Poskytovatel zdravotní péče: F.N. Olomouc I.P:Pavlova 6 - TRN - Lužka, odd.29		

Parametr	Vyhovuje	
	ANO	NE
- kontrola poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- kontrola ovládacích prvků	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- kontrola čitelnosti popisů	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- kontrola mechanických částí	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- funkční kontrola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


rozsah: 1.....15..... l/min	nastavená hodnota	naměřená hodnota	Vyhovuje	
			ANO	NE
1 průtok	05 l/min	5,0 l/min	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 průtok	10 l/min	10,0 l/min	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 průtok	15 l/min	15,0 l/min	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Použité měřidlo: AALBORG MASS FLOW METER – GFM37	Kalibrace do: 7/2009
--	--------------------------------

Technický stav:
Zařízení bylo zkontrolováno, je bezpečné a schopné plnit správně funkci pro níž bylo určeno.

Termín příští prohlídky:3/2009.....

Servisní technik: Jan Horňák



DN FORMED BRNO
S.P.O.
HORNÁK JAN - servisní technik
HUDCOVA 76a / 612 48 BRNO
Mob.: 724 830 905

Dne: ...31.3.08..... razítko a podpis servisního technika: