

BIOTECH

www.biotech.cz

0800 124683

biotech@biotech.cz

Firma **BIOTECH** a. s., V Ochozu 20, 106 00 Praha 10, IČO: 25664018

vydává jako dovozce

dle §13 odst. 2 Zák.č. 22/1997 Sb., O tech. požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dovozce p o t v r z u j e, že na výrobku

AURA 2000 M.A.C.

Výrobce : **BioAir, Itálie**

bylo provedeno posouzení shody jeho vlastností s požadavky na bezpečnost výrobků stanovenými zákonem a technickými předpisy, a to postupem uvedeným v § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 168/1997 Sb.

a p r o h l a š u j e,

že vlastnosti výrobku splňují všechny základní požadavky stanovené v § 5 nařízení vlády č.168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, § 5 nařízení vlády č.170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení a § 7 nařízení vlády č.169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility a že je tento výrobek při jeho obvyklém použití bezpečný. Byla přijata opatření, kterými výrobce zabezpečuje shodu všech výrobků **AURA 2000 M.A.C.** uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

Popis výrobku : Mikrobiologický pracovní box s laminárním prouděním

Výrobek je určen pro použití ve vědeckém a výzkumném procesu a v aplikačních laboratořích.

Při posouzení shody byly použity harmonizované české technické normy :

ČSN EN 61010-1, ČSN EN 60439-1-2-3-4, ČSN EN 50082-1, ČSN EN 55011, ČSN EN 292-1, ČSN EN 292-2

Poznámky a doplnění : Výrobce naplňuje požadavky EN ISO 9001.

V Praze dne 12.6.2000

Dr. Petr Kvapil, ředitel společnosti

V Ochozu 20, 106 00 Praha 10
IČO: 25664018 DIČ: 010-25664018
RS: Praha oddíl B vložka 5335

.....
jméno, funkce a podpis odpovědné osoby dovozce, razítko dovozce