

Medinet s.r.o., nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Doklad o vyhodnocení tech. stavu zdravotnického prostředku

Datum objednávky:	10.9.2008
Zákazník:	FN Olomouc
Osoba:	plicní klinika
Adresa:	I.P. Pavlova 6 775 20 Olomouc
Telefon:	

Typ přístroje:	FB-18BS
Sériové číslo:	A01187
Stav přístroje:	ZP splňuje požadavky dle § 52 sb. 346/03 a vyhovuje technickým předpisům a normám stanoveným výrobcem.
Servisní technik:	David Straka

Příští prohlídka:	19.9.2009
-------------------	------------------

Závady:	

Poznámky:

Přístroj je celkově velmi potřeben dlouhodobým používáním v extrémních podmínkách a je daleko za hranicí své životnosti. Vzhledem k velmi dobré péči je však stále v provozuschopném stavu.

Revizi provedl:

Medinet s.r.o.
nám. Sítná 3105
272 01 Kladno
DIČ: CZ47538198
Tel.: 312 285 000 ②

19.9.2008 razítko, podpis, dne

Převzal:

Medinet s.r.o. Olomouc
odbor hlavního mechanika
úseč oprav
I.P. Pavlova 6 775 20 OLOMOUC
tel: 588 442 525 fax: 588 442 528

razítko, podpis, dne

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u obchodního soudu v Praze, oddíl C vložka 18139

Tel.: +420.312.285.000
Fax.: +420.312.285.318

IČO: 47538198
č. účtu: 19-6728080207/0100

info@medinetsro.cz
www.medinetsro.cz