

Medinet s.r.o., nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

### Doklad o vyhodnocení tech. stavu zdravotnického prostředku

Datum objednávky:	10.9.2008
Zákazník:	FN Olomouc
Osoba:	plicní klinika
Adresa:	I.P. Pavlova 6 775 20 Olomouc
Telefon:	

Typ přístroje:	<b>FB-18V</b>
Sériové číslo:	<b>A010154</b>
Stav přístroje:	ZP splňuje požadavky dle § 52 sb. 346/03 a vyhovuje technickým předpisům a normám stanoveným výrobcem.
Servisní technik:	David Straka

Příští prohlídka:	<b>19.9.2009</b>
-------------------	------------------

Závady:	

Poznámky:

Přístroj je celkově velmi potřeben dlouhodobým používáním v extrémních podmínkách a je daleko za hranici své životnosti. Vzhledem k velmi dobré péči je však stále v provozuschopném stavu.

Revizi provedl:

**Medinet s.r.o.**  
nám. Sítná 3105  
272 01 KLADNO  
DIČ: CZ47538198  
Tel.: 312 285 000 ②

7.9.2008 razítko, podpis, dne

Převzal:

*protýkal*

Fakultní nemocnice Olomouc  
odbor hlavního mechanika  
dispečink oprav  
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC  
tel.: 585 443 125, fax: 585 442 529

7.9.2009  
razítko, podpis, dne

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u obchodního soudu v Praze, oddíl C vložka 18139

Tel.: +420.312.285.000  
Fax.: +420.312.285.318

IČO: 47538198  
č. účtu: 19-6728080207/0100

info@medinetsro.cz  
www.medinetsro.cz