



Medinet s. r. o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí

FN Olomouc  
TRN klinika  
I. P. Pavlova 6

775 20 Olomouc

Kladno, 29. září 2006

**Kontrola a inspekční prohlídka fibrobronchoskopu FB-19TV, v. č.: A110122,**

Inspekční s servisní prohlídkou tohoto endoskopu bylo zjištěno, že přístroj FB-19TV, v. č. A110122 je neopravitelný a doporučujeme ho vyřadit z evidence přístrojů.

Oprava přístroje je za současných podmínek nerentabilní. Přístroj je natolik poškozen, že by se jeho další oprava pravděpodobně přiblížila ceně nového.

David Straka  
servisní technik

**Medinet s.r.o.**  
Buštěhradská 109  
272 03 KLADNO 3  
DIČ: CZ47538198  
Tel.: 312 285 000 @