

Medinet s.r.o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno-Dříň

Doklad o vyhodnocení tech. stavu zdravotnického prostředku

Datum objednávky:	21.11.2005
Zákazník:	FN Olomouc
Osoba:	
Adresa:	I.P. Pavlova 6 775 20 Olomouc
Telefon:	


Typ přístroje:	FB-19TX
Sériové číslo:	B01178
Stav přístroje:	ZP nesplňuje požadavky dle § 52 sb. 346/03 a nevyhovuje technickým předpisům a normám stanoveným výrobcem. Přístroj není schopen dalšího bezpečného provozu.
Servisní technik:	David Straka

Příští prohlídka:	
-------------------	--

Závady:	VETEŠNOST PRACOVNÍHO KANAĽU

Poznámky:	Přístroj měřen se světelným zdrojem LH-150 II v.č. EA01265
-----------	--

Revizi provedl:	 11.11.2005 razítko, podpis, dne
-----------------	--

Převzal:	 razítko, podpis, dne 18.1.06
----------	---

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u obchodního soudu v Praze, oddíl C vložka 18139

Tel.: +420.312.285.000
Fax.: +420.312.285.318

IČO: 47538198
č. účtu: 19-6728080207/0100

info@medinetsro.cz
www.medinetsro.cz