

**CHIRONAX** Frýdek-Místek s.r.o.  
Bruzovská 1355  
738 01 Frýdek-MístekTel.: 0658/638 711 Fax: 0658/624 970  
IČO: 47666391 DIČ: 362-47666391  
Bank. spoj.: KB a.s., pob. Frýdek-Místek  
č. ú. 45704-781/0100**ODBORNÝ POSUDEK  
na zdravotnickou techniku**

číslo:

Prohlídku provedl technik

Jiří Ištuk 2302

Jméno

Os. číslo

Dne:

11 | 01 | 2008

Objednatel:

FN Olomouc

IČO:

Objednávka č.:

Vystavil:

Ze dne:

**Údaje o přístroji:**

Název a typ: Defibrilátor SD 12

Výrobce: Chirona Sztaz Turz SR Výrobní číslo: PA 246

Rok výroby: 1985 Inv. číslo: 014426

Příslušenství: /

Hlavní technická data: 220 V 50 Hz

Předmět se nalézá: Klinikz plienich nemocí - endoskopie

**Technický stav přístroje:**

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Přístroj zastaralý               | <input type="checkbox"/> Náhradní díly jsou dostupné                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Přístroj značně opotřebovaný     | <input checked="" type="checkbox"/> Náhradní díly nejsou dostupné          |
| <input type="checkbox"/> Přístroj nevyhovuje platným normám          | <input checked="" type="checkbox"/> Přístroj se v současné době nevyrobí   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Přístroj vyhovuje platným normám | <input checked="" type="checkbox"/> Provoz a opravy přístroje nerentabilní |

**Zhodnocení technického stavu přístroje**


- Stupeň opotřebení ..... 100 %
- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Doporučujeme přístroj vyřadit | <input type="checkbox"/> Doporučujeme provést na přístroji repasi          |
| <input type="checkbox"/> Nedoporučujeme přístroj vyřadit          | <input type="checkbox"/> Doporučujeme použít na náhr. díly v sídle ústavu  |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Doporučujeme zničit a odevzat do šrotu |

Připomínky k tech. stavu přístroje ..... vzhledem k stáří přístroje doporučuji

..... postupně nahrazení přístrojem novým.

Odborný posudek se vystavuje pouze na základě požadavků objednatele.

Nenahrazuje vyřazovací protokol.

**CHIRONAX**  
Frýdek-Místek s.r.o.  
 Revoluční 1280  
738 01 Frýdek-Místek

Razítko a podpis odpovědného pracovníka zhotovitele

 Platný text Neplatný text