

MEDICS spol. s r. o.

Soběšická 151, 638 00 Brno
tel. 00420-5-4822 1270, fax 00420-5-4822 1271
CZECH REPUBLIC

FN OLOMOUC
Ludvíková Ivana
dispečink oprav

I.P.Pavlova 6

775 20 OLOMOUC

Brno, 21.11.2007

PROTOKOL O KONTROLE

Přístroj: laser Sharplan NdYAG 3100 inv.č.: 1019014-00 výr.č.: AA2637800

U přístroje byla provedena kontrola maximálního výstupního výkonu a kalibrace měřidla výkonu.

Přístroj odpovídá technickým parametrům stanovených výrobcem a je možné ho používat k účelu, pro který byl vyroben.

Prohlídka přístroje byla provedena ve smyslu § 52 zák. č. 123 / 2000 Sb.

Datum příští kontroly: 11/2008 na základě objednávky
předána kontrolní známka

Předal: K. Szumowski

MEDICS spol. s r.o.
LASER MED. SYSTEMS
Soběšická 151, 638 00 Brno, ČR
DIČ: CZ18628370

Den kontroly: 20.11.2007

Převzal: