

KUPNÍ SMLOUVA č. 012 / 2003

mezi


MEDILAS s.r.o.
zastoupenou Ing. Jiřím Galajdou
ředitelem společnosti
Děvínská 4
150 00 PRAHA 5
tel. 251 556 297, fax: 251 555 178
IČO: 49 71 36 12, DIČ: 005 – 49 71 36 12
číslo účtu 5714890001 / 2700 u HVB Czech Republic, a.s.
zapsanou u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 23266

jako prodávajícím

a

Fakultní nemocnici Olomouc
zastoupenou MUDr. Jaroslavem Vomáčkou, Ph.D.
ředitelem nemocnice
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: 585 851 111
IČO: 00 09 88 92, DIČ: 379 – 00 09 88 92
číslo účtu 8010 – 0709109003/0300 GE Capital Bank a.s.

jako kupujícím



Dr. ŠVB-
pr.

Kupní smlouva se uzavírá na základě nabídky č. 012C/2003 ze dne 27.3.2003.

Předmět kupní smlouvy:

Prodávající se zavazuje dodat a nainstalovat kupujícímu 1 ks chemotermodezinfektoru a příslušenství, jak je níže popsán v technické specifikaci výrobku, která je nedílnou součástí této smlouvy, včetně všech dokladů, které se k předmětu smlouvy vztahují.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu a převzít dodané zboží v souladu s touto smlouvou.

Věcné plnění:

Univerzální chemotermodezinfektor INNOVA BHT - E3 pro dva endoskopy s příslušenstvím

Technická specifikace výrobku – model 50600.00

(sériové vybavení)

- ✓ vnější plášť z ušlechtilé oceli, přední plnění, dvířka s labyrintovým těsnícím systémem
- ✓ volně programovatelné řízení mikroprocesorem, s digitálním displejem
- ✓ 4 standardní a 8 doplňkových programů pro termickou a chemickou dezinfekci endoskopů *→ ZABUDOV.*
- ✓ 2 plnoautomatické dávkovací pumpy pro roztoky s čidly pro optimální dávkování chemických činidel (předávkování nebo poddávkování), dvojí signalizace při vyprázdnění kanystrů
- ✓ vysokotlaké sušení turbínou (150 m³/hod při výkonu 0,8 kW) – ZABUDOVANE'
- ✓ inkorporovaný tester těsnosti pro endoskopy po celou dobu mycího procesu – ZABUDOVANE'
- ✓ integrovaný změkčovač vody se zásobníkem soli *DO MYČKY NABORN'* – ZABUDOVANE'
- ✓ integrovaný bojler s topnou spirálou (9 kW, objem 18 litrů) pro tepelnou dezinfekci sterilní vodou pro závěrečný oplach – ZABUDOVANE'
- ✓ integrovaná tiskárna pro dokumentaci všech kroků kompletního programu – — —
- ✓ integrovaný výstup RS-232 pro připojení k externí tiskárně nebo počítačové síti (ve spojení s dodatečným software) – ZABUDOVANE'
- MAÍME ✓ standardní vybavení párem adaptérů pro zkoušku těsnosti různých typů endoskopů – 50105.01 PENTAX, 50105.02 Olympus – CHYBI'
- ✓ koš pro vložení 2 flexibilních vodotěsných endoskopů s patentovanými barokomorami včetně endoskopického příslušenství

Základní technické údaje:

<u>rozměry:</u>	vestavěný model (š x h x v)	800 x 680 x 850 mm
	volně stojící model	800 x 680 x 880 mm
	mycí prostor	510 x 535 x 540 mm

přípojky:

elektroinstalace	3N AC 400	V, 50Hz
příkon	12,5	kW
jištění	20	A
vyhřívání zásobníku	7	kW
sušení	3,4	kW
výkon turbíny	150	m ³ / hod
výkon pumpy	290	l / min
teplá, studená voda	20	DN
upravená voda	20	DN
přítokový výkon vody	18 – 20	l / min

Prodávající garantuje fungování zařízení dle technických parametrů obsažených v této smlouvě. Prodávající i kupující jsou povinni po podepsání smlouvy dodržet všechna její ustanovení. Smluvní strany se dohodly, že nedodání zařízení v dohodnutém termínu, nesplnění garantovaných technických parametrů při provozu zařízení se pokládá ve smyslu § 345 Obchodního zákoníku za podstatné porušení smluvní povinnosti. Smluvní vztahy mezi stranami této smlouvy ve smlouvě výslovně neupravené se budou řídit dle ustanovení § 409 a násl. Obchodního zákoníku. Jakékoliv změny této smlouvy je možné provést po dohodě stran pouze formou písemných číslovaných dodatků.

Závěrečné ustanovení:

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly a že nebyla podepsána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

Praha, dne 1.8.2003


Olomouc, dne 14.9.2003



Ing. Jiří Galajda
ředitel

MEDILAS s.r.o.

medilas s.r.o.
Děvínská 4, 150 00 PRAHA 5
Tel.: 02/5155 6297 Fax: 02/5155 5178
IČO: 49713612 DIČ: 005-49713612
e-mail: mail@medilas.cz



MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D.
ředitel

FN Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
I.P. Pavlova 6
775 20 OLOMOUČ