Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32

Protokol o preventivní prohlídce.

Provedeno podle §28 zák. 346/2003 Sb.

Typ : SUCTION PROFFESIONAL
Výrobce : ITÁLIE
Zákazník : FN OLOMOUC, NEUROLOG. KL.

Třída, kategorie : I
Výrobní číslo : 00292
D 038 017

Prohlídka přístroje

Vizuální kontrola	ano	ne
Kabely a příslušenství	vyhovuje	nevyhovuje
Test funkce	vyhovuje	nevyhovuje
Zjištění závady	ano	ne
Popis závad		

Elektrická měření -
z hlediska ochrany před úrazem el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - nevyhovuje

	Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno :	Jednotka :
Měření unikajících Proudů přímou Metodou	Síťová-přístupná část	0,02	1,00 I.tř., 0,50 II.tř	mA
	Síťová-příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	mA
Nepřímou m.	Přístupná-příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	mA
Měření odporu Ochranného vodiče		0,28	0,3	Ohm

Použité přístroje : Meditest 50, v.č. 976 097 , Metex ME-31, v.č. CJ 215466
Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usíť = 198-253 V, 50 Hz

Závěr : Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Datum provedení : 19. 12. 2006

Datum příští kontroly : 2007

Měření provedl : ing. LUKEŠ MUNIC

Chironax, spol. s r.o.
Servisní oddělení
Mlýnská 42
658 32 Brno
Munic