

PROTOKOL O PROVEDENÍ Periodické bezpečnostní prohlídky


| | |
|--------------------------|------------------------|
| Zdravotnický prostředek: | EEG 2/32 - 32ch |
| Inventární číslo: | I022615-000 |
| Výrobní číslo: | AC 6 - 2004428 |
| Odpovědná osoba: | |
| Uvedení do provozu: | 12/2004 |
| Umístění ZP: | EEG laboratoř |
| Rok výroby: | 2004 |
| Třída ZP: | IIa, Type BF |
| Servisní firma: | ALIEN TECHNIK s. r. o. |
| Výrobce ZP: | ALIEN TECHNIK s. r. o. |

Stvrzujeme, že na výše uvedeném zdravotnickém prostředku (dále ZP) byla provedena Periodická bezpečnostní prohlídka podle zákona 123/2000 Sb., zákona 346/2003 Sb. V platném znění i ve smyslu pozdějších náležitých paragrafů a předpisů, jakožto i budoucích novelizací.

- ZP je plně funkční a může být dále používán k účelům pro které byl určen.
 ZP má závady, které brání v jeho používání, s tím že:
 ZP lze opravit a po opravě dále používat.
 ZP nelze již dále používat a musí být vyřazen.


| | |
|------------------|----------------------|
| Datum: | 11.7.2008 |
| Místo instalace: | Neurologická klinika |
| | I.P.Pavlova 6 |
| | 775 20 Olomouc |
| | |
| | |

Tel.: 588 443 410

| | |
|------------------|--|
| Podpis technika: | Petr Walter, DiS  |
| Další prohlídka: | 11.7.2009 |

ALIEN TECHNIK s.r.o.
Velký Dřevíč 91, 549 34 Hronov
DIČ: CZ25284584 IČO: 25284584
tel./fax: 491 481 298
e-mail: obchod@alien.cz

Další záznamy (zdůvodnění, měření, testy):

Převzal(a): 

Datum: 11.7.2009

razítko odd.