

Osvědčení o periodické kontrole

Číslo servisního listu: 1334
Číslo obchodního případu: OPn2037

Objednavatel

Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

Zařízení

Název výrobku: EKG Praktik
Výrobce: SEIVA s. r. o.

Kontrolované součásti

<u>Název</u>	<u>Výrobní číslo</u>
EKG Praktik	AA24555 2005
Pacientský kabel	AK11559
Komunikační kabel	AA31471
Prodlužovací kabel	---

Elektroinstalace, prostory, ve kterých je výrobek používán a další eventuální zařízení, ke kterým je výrobek připojen nebyly předmětem kontroly. Objednavatel je povinen zajistit jejich bezvadný stav a provedení prohlídek v souladu s platnými předpisy a v souladu s návodem k použití kontrolovaného výrobku.

Závěr

Byl posouzen stav a použitelnost výrobku. Na základě kontroly bylo shledáno, že výše uvedené

zařízení je schopné provozu

pro stanovený účel použití a za dodržení podmínek uvedených v návodu k použití.

Poučení

- Pro bezpečný provoz zařízení je nutné dodržovat platné předpisy a podmínky uvedené v návodu k použití.
- Všechna zařízení (kromě ergometrického) připojená ke kontrolovanému výrobku musí být umístěna mimo pacientský prostor (EN60601-1-1).
- Nutno provádět pravidelné čištění a desinfekci EKG-elektrod a pacientského kabelu.

Platnost periodické kontroly do: červenec 2008

Praha 3. července 2007

SEIVA® s. r. o.

Schnirchova 8, Praha 7

tel. / fax: 283 871 557

.....
razítko a podpis