

METRON QA-90

protokol o testu elektrické bezpečnosti

Technik : Ing. Josef Vrána

Firma : S&T Plus s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4

QA-90 no: 12395 ver : 04.06

Dne : 30.11.2007Hod.: 15:33

Model : M8001A

Výrobní číslo : DE62220485

Typ : IntelliVue MP20

Inventurní číslo :

Výrobce: Hewlett-Packard/Agilent Technologies/Philips

Umístění/uzivatel : Neurologie 35 JIP

Adresa: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Klasifikace přístroje : CL1

Mezní hodnoty podle: IEC 60601.1

TEST RESULTS

-- MODULE INFORMATION --

Module Code	Module Type	No of leads
3 LEAD ECG	CF	3
SpO2	CF	1
P1	CF	1

-- SETUP DATA --

Power Up Delay Time	: 2	Stop after new power config	: No
Stop at new module	: No	Stop before new power config	: No
Multiple Protective Earth Tests	: No	Multiple Enclosure Tests	: No
Protective Earth test current	: 25 A	External Isolating Transformer	: No

Test	Limit	Result	Warning
Supply Voltage			
N-G		119,5 V	
L-G		125,9 V	
L-N		239,9 V	
Current Consumption		180 mA	
Protective Earth	200 mΩ	36 mΩ	
Insulating Resistance			
Applied Part-Case		>200 MΩ	
Applied Part-Case		>200 MΩ	
Applied Part-Case		>200 MΩ	
Mains-Case		>200 MΩ	
Earth Leakage Current			
OS	1000 μA	75 μA	
NC	500 μA	4 μA	
OS-RM	1000 μA	74 μA	
NC-RM	500 μA	4 μA	
Enclosure Leakage Current			
OS	500 μA	0 μA	
NC	100 μA	0 μA	
OE	500 μA	4 μA	
OS-RM	500 μA	0 μA	
NC-RM	100 μA	0 μA	
OE-RM	500 μA	4 μA	
Patient Leakage Current AC			
OS, Module : P1, Lead : 5	50 μA	0 μA	
OS, Module : SpO2, Lead : 4	50 μA	0 μA	

Patient Leakage Current AC (continued)

OS, Module : 3 LEAD ECG, Lead : 3	50 μ A	0 μ A
NC, Module : P1, Lead : 5	10 μ A	0 μ A
NC, Module : SpO2, Lead : 4	10 μ A	0 μ A
NC, Module : 3 LEAD ECG, Lead : 2	10 μ A	7 μ A
OE, Module : P1, Lead : 5	50 μ A	0 μ A
OE, Module : SpO2, Lead : 4	50 μ A	0 μ A
OE, Module : 3 LEAD ECG, Lead : 3	50 μ A	7 μ A
OS-RM, Module : P1, Lead : 5	50 μ A	0 μ A
OS-RM, Module : SpO2, Lead : 4	50 μ A	0 μ A
OS-RM, Module : 3 LEAD ECG, Lead : 3	50 μ A	0 μ A
NC-RM, Module : P1, Lead : 5	10 μ A	0 μ A
NC-RM, Module : SpO2, Lead : 4	10 μ A	0 μ A
NC-RM, Module : 3 LEAD ECG, Lead : 3	10 μ A	7 μ A
OE-RM, Module : P1, Lead : 5	50 μ A	0 μ A
OE-RM, Module : SpO2, Lead : 4	50 μ A	0 μ A
OE-RM, Module : 3 LEAD ECG, Lead : 3	50 μ A	7 μ A

Mains on Applied Parts

SFC, Module : P1, Lead : ALL	50 μ A	4 μ A
SFC, Module : SpO2, Lead : ALL	50 μ A	6 μ A
SFC, Module : 3 LEAD ECG, Lead : ALL	50 μ A	9 μ A
SFC-RM, Module : P1, Lead : ALL	50 μ A	4 μ A
SFC-RM, Module : SpO2, Lead : ALL	50 μ A	5 μ A
SFC-RM, Module : 3 LEAD ECG, Lead : ALL	50 μ A	9 μ A

Patient Auxiliary Current AC

OS, Module : 3 LEAD ECG, Lead : 3	50 μ A	0 μ A
NC, Module : 3 LEAD ECG, Lead : 3	10 μ A	7 μ A
OE, Module : 3 LEAD ECG, Lead : 3	50 μ A	7 μ A
OS-RM, Module : 3 LEAD ECG, Lead : 3	50 μ A	0 μ A
NC-RM, Module : 3 LEAD ECG, Lead : 3	10 μ A	7 μ A
OE-RM, Module : 3 LEAD ECG, Lead : 3	50 μ A	7 μ A

Patient Auxiliary Current DC

OS, Module : 3 LEAD ECG, Lead : 3	50 μ A	0 μ A
NC, Module : 3 LEAD ECG, Lead : 3	10 μ A	0 μ A
OE, Module : 3 LEAD ECG, Lead : 3	50 μ A	0 μ A
OS-RM, Module : 3 LEAD ECG, Lead : 3	50 μ A	0 μ A
NC-RM, Module : 3 LEAD ECG, Lead : 3	10 μ A	0 μ A
OE-RM, Module : 3 LEAD ECG, Lead : 3	50 μ A	0 μ A

Patient Leakage Current DC

OS, Module : P1, Lead : 5	50 μ A	0 μ A
OS, Module : SpO2, Lead : 4	50 μ A	0 μ A
OS, Module : 3 LEAD ECG, Lead : 3	50 μ A	0 μ A
NC, Module : P1, Lead : 5	10 μ A	0 μ A
NC, Module : SpO2, Lead : 4	10 μ A	0 μ A
NC, Module : 3 LEAD ECG, Lead : 3	10 μ A	0 μ A
OE, Module : P1, Lead : 5	50 μ A	0 μ A
OE, Module : SpO2, Lead : 4	50 μ A	0 μ A
OE, Module : 3 LEAD ECG, Lead : 3	50 μ A	0 μ A
OS-RM, Module : P1, Lead : 5	50 μ A	0 μ A
OS-RM, Module : SpO2, Lead : 4	50 μ A	0 μ A
OS-RM, Module : 3 LEAD ECG, Lead : 3	50 μ A	0 μ A
NC-RM, Module : P1, Lead : 5	10 μ A	0 μ A
NC-RM, Module : SpO2, Lead : 4	10 μ A	0 μ A
NC-RM, Module : 3 LEAD ECG, Lead : 3	10 μ A	0 μ A
OE-RM, Module : P1, Lead : 5	50 μ A	0 μ A
OE-RM, Module : SpO2, Lead : 4	50 μ A	0 μ A
OE-RM, Module : 3 LEAD ECG, Lead : 3	50 μ A	0 μ A

***** UNIT PASSED TEST! *****

Remark :

modul MMMS M3001A v.è. DE632F2428