

Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, §52, odstavec 4

Zákazník	FN Olomouc	Neurolog. kl. - JIP
Přístroj	Pulsní oxymetr	
Typ	N-180	
Výrobní číslo	21406088 (I017965)	

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Funkční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce

Bezpečnostní test – měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Odpor ochranného vodiče	0,16 Ω	max. 0,3 Ω
Izolační odpor	>20 M Ω	min. 20 M Ω
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,04 mA
	Příložná část	mA
		max. 0,5 mA
		max. 0,05 mA

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 204009

Výsledek prohlídky (závěr):

Prověřený zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek a je možno ho používat při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Technik: Jan Pasečný

Podpis

Provedeno dne: 14.3.2007

Datum příští kontroly: 3/2008

Jan PASEČNÝ

zdravotnická technika

Na Močárku 19, 724 00 Ostrava - St. Bělá

IČ: 677 03 666, DIČ: CZ710105577

tel.: +420 602 640 250