

ZÁZNAM O REVIZI			
Objednatel:	Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 12 Olomouc	Dodavatel:	GETA v.o.s. Nad Spádem 9/206 Praha 4
Předmět revize, výr. číslo, seznam dodaných dílů:	Thymatron DG v.č. 2260, EEG kabel s 5 svody, síťový kabel, EKT kabel, příslušenství, <i>inv. č.: 1076927-000</i>		
Datum převzetí od zákazníka:	10.12. 2007	Datum předání zákazníkovi:	12.12. 2007
Datum zahájení revize:	10.12. 2007	Datum ukončení revize:	11.12. 2007

Popis revizních činností:


- kontrola desek plošných spojů, konektorů, transformátorů, kondenzátorů zdroje prohlídkou,
- ověření bezpečnosti elektrického přístroje,
- posudek přístroje,
- nastavení aktuálního času v přístroji,
- provedení záznamu do složky LogFile

Nastavení parametrů přístroje při dodání:

E1 - 1, E2 - 1, tisk - OFF

Přístroj byl předán se stejným nastavením parametrů jako při dodání.

V Praze 11.12.2007

Ing. Jiří Doubrava
za společnost **GETA**