

PROTOKOL O BEZPEČNOSTNÍ TECHNICKÉ PROHLÍDCE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

podle zákona 123/2000 Sb., v platném znění, § 27/28

Přístroj: VASOTRAIN	Typ: 447
Výrobní číslo: 07/009	Inventární číslo: C 000010-000
Výrobce: ENRAF/NONIUS	Zdravotnický prostředek třídy: II.b
Poskytovatel zdravotní péče: Fakultní nemocnice Olomouc I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, Klinika P. L. Odd. 43	

	naměřená hodnota	vyhovuje ANO NE	
1. kontrola poškození krytů	---	☒	☐
2. kontrola napájecí části včetně síťového přívodu	---	☒	☐
3. kontrola utěšňovacích manžet a jejich tlakování, těsnost ventilku	---	☒	☐
4. kontrola vnitřních měřidel přístroje	---	☒	☐
5. kontrola stavu mechanických částí	---	☒	☐
6. kontrola stavu elektrického propojení	---	☒	☐
7. kontrola charakteristik výstupních podtlaků a přetlaků	---	☒	☐
7. kontrola intenzity výstupního přetlaku při nastavení(100 Pa) $\pm 20\%$	98 Pa	☒	☐
8. kontrola intenzity výstupního podtlaku při nastavení(-100 Pa) $\pm 20\%$	-110 Pa	☒	☐
9. funkční kontrola	---	☒	☐
Kontrola elektrické bezpečnosti přístrojem <u>MEDITEST 50</u> v.č. 205 007, kalibrace platná do: 15.6.2007			
10. unikající proud přílohná část	0,002 mA	☒	☐
11. unikající proud krytem (NP $\leq 0,1$ mA; JZ $\leq 0,5$ mA)	0,10 mA	☒	☐
12. izolační odpor (> 20 M Ω)	> 20 M Ω	☒	☐
13. odpor zemního vodiče ($\leq 0,3$ Ω)	0,09 Ω	☒	☐

Stav zdravotnického prostředku: Zdravotnický prostředek <u>vyhovuje</u> technickým předpisům a dokumentaci podle které byl vyroben, ☒ splňuje určený účel použití a je schopen bezpečného provozu !

Termín následného prověření stavu zdravotnického prostředku: 24. 10. 2007

Ověření provedl: Jaroslav Měchura, tel: 603 338 678

Jaroslav Měchura
**SERVIS A PRODEJ
ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY**
 Klínky 2458, 697 01 Kyjov
 tel./fax: 518 614 204, mobil: 603 338 678
 IČO: 75770342, DIČ: CZ7607074343

Dne: 24. 10. 2006 razítko a podpis: _____