



zdravotnická technika

Protokol servisní kontroly EZP

Podle zák. 346/2003 Sb. ČSN 60601 a ČES 33.03.95

Název přístroje: BTL-08LT Přenosné přímopíšící EKG	Výrobní číslo : 08LT-0731601	Inv.č. I023114-000
Výrobce : Medical Technologies s.r.o.Benešov ČR	Třída el. bezp. : II.	Typ : CF
Provozovatel :	adresa : FN Olomouc I.P.Pavlova 6 ,Olomouc	
	oddělení : Klinika pracovního lékařství, ambulance	

1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje

Kontrola unikajících proudů nepřímou metodou

P.č.	Unikající proud	Naměřená hodnota	Přípustná hodnota	Výsledek
1.1.	Sít - přístupná část	390 μ A	450 μ A	Vyhovuje
1.2.	Sít - příložná část	3 μ A	9 μ A	Vyhovuje
1.3.	Přístupná část - příložná část	3 μ A	9 μ A	Vyhovuje
1.4.	PC připojení - příložná část	2 μ A	9 μ A	Vyhovuje

2. Kontrola funkčních parametrů přístroje

P.č.	Popis provedeného úkonu	Výsledek
2.1.	Kontrola přístroje-mechanická kontrola	Vyhovuje
2.2.	Kontrola funkce všech ovládacích prvků	Vyhovuje
2.3.	Kontrola test funkce v provozu – kontrolní náběh	Vyhovuje
2.4.	Kontrola příslušenství	Vyhovuje

3. Poznámky, připomínky, doporučení

Bez připomínek

4. Závěr

Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Použité měřicí přístroje přístroje (název,typ, v.č.) :

MEDITEST 50 v.č.200 350 , Multimetr METEX M-4650CR v.č.EF711836, Osciloskop Tektronix TDS1002 v.č.C046088, simulátor EKG signálu.
Podmínky měření : teplota 18 .. 28 °C , Síťové napětí 198 až 253 V/ 50Hz



zdravotnická technika

Datum provedení kontroly : **10.11.2008**

Datum příští PBTk : **11/2009**

Kontrolu provedl : **Jiří Ištuk**

BTL zdravotnická technika, a.s.
162 00 Praha 6, Šantrochova 16
Tel/Fax 235 363 606 | 235 361 392
IČO 26884143 | DIČ CZ26884143

.....