

Protokol o provedení periodické prohlídky

Dle § 27, zákona 123 / 2000 Sb. ve znění zákona 130 / 2003.

FLOWSCREEN Pro

v.č.389119

Fakultní nemocnice Olomouc

Výrobce : Erich Jaeger

Klinika prac.lékařství

ev.č.I O 18760 – 000

Příloha k výkazu práce č.: 004730

Měření el.přístroje dle doporučení ČES 33.03.95

jmenovité napětí	220 V	El.předmět nemá pevně připojený pohyblivý přívod - délka	3 m.
jmenovitý proud	0,2 A	Odpor ochranného vodiče u el.předmětu třídy 1	Rz = 0,12 Ohm vyhovuje
jmenovitý příkon	44 W	Isolační odpor	Ri = 20 Mohm vyhovuje
třída el.ochrany	1	Unikající proud - síťová část - část přístupná dotyku	Id = 0,14 mA vyhovuje

Opravy :

Měřeno s PU 184 v.č. 9695719

Kontrola síťového zdroje : bez závad

	jmenovité U	naměřené U
P38 - P0A	+12V	11,8 V
P39 - P0A	-12V	-12,3 V
P36 - P0	+5V	5,11 V
P37 - P0L	+24V	24,3 V

Měřeno multimetrem METEX M-3850 v.č.DG824540

Kontrola hlavičky : bez závad

	jmenovité U	naměřené U
PT signál	0V	20 mV
AGND	0V	5 mV
Uref	+10V	10,03 V
X7/1	-15V	-15,1 V
X7/2	+15V	14,9 V
vniřní Uref	+3V	3000 mV

Měřeno multimetrem METEX M-3850 v.č.DG824540

Polohová kontrola offsetu: bez závad

Kontrola silikonového pouzdra PT:

bez závad

Kontrola síték a kalibrace :

Sítko 1 - vyčištění a provedení kontrolní kalibrace

Kor.insp.	Kor.exp.
0,98	0,97

Sítko 2 - vyčištění a provedení kontrolní kalibrace

0,96	0,95
------	------

Sítko 3 - není

--	--

Kalibrační pumpa 2000 ml - dodalo oddělení.

Povolená korekce =0.85 až 1.15

Kontrola a test displeje : bez závad

Kontrola a test tiskárny : bez závad

	jmenovité U	naměřené U
žhavení	3,6 V	3,62 V

Měřeno multimetrem METEX M-3850 v.č.DG824540

Kontrola klávesnice : bez závad

PRG EPROM 12.00.00 14.10.94

RAM DISC 1 EPROM 11.07.36 25.01.94

Kontrola paměti : bez závad

SW : Eins/Print

Uroveň vlastností prověřovaného zdravotnického prostředku vyhovuje technickým předpisům , technickým dokumentům a normám podle nichž byl vyroben.

Celkové zhodnocení : přístroj vyhovuje dalšímu bezpečnému provozu

Termín další periodické prohlídky - do 12 měsíců.

Datum : 15.3.2007

Kontrolu provedl: Arnošt Žingor