

Protokol o technické kontrole zdravotnického prostředku (ZP)

ve smyslu § 52 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů

Poskytovatel zdravotní péče:

Umístění ZP:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Kurka med. elektronika

Zdravotnický prostředek:

Název: FLOWSCREEN Pro

Výrobce: Erich Jaeger, GmbH, Německo

Účel použití: Přístroj pro funkční vyšetření plic

v.č.

inv.č.

Třída dle NV:

IIa

Posouzení ZP

Kontrola přesnosti nastavených parametrů:

Průtokoměr	Jaeger pneumotachograf	Limit. hodn.	naměřené	Kor.fakt.	Limit. hodn.	naměřené
Vyhověl <i>Nevyhověl</i>	Vyhřívání [V]	3,5-5,5	—	Síto1	0,85-1,15	1,11
	Teplota [C]	37-45	—	Síto2	0,85-1,15	1,11
	Stabilita [ml]	,+,-5	—	Síto3	0,85-1,15	1,02
				Síto4	0,85-1,15	1,02
				Síto5	0,85-1,15	

Tlakoměr	Integrovaný do průtokoměru	Limit. hodn.	naměřené
Typ:	piezo-resistiv	Ref.Z 0,2 [kPa/l/s]	0,199-0,201
Vyhověl <i>Nevyhověl</i>		Gain fakt.	0,91-1,09
			1,01

Funkční kontrola ovládacích prvků:

Funkční *Nefunkční*

Vizuální kontrola mechanických částí:

Bez mechanického poškození

Mechanicky poškozeno:

Nalomení ovládacího vřetena s displejem

Kontrola el.zařízení KEZ:	Jmen.napětí:	Přívod:	[m]
Vyhověl <i>Nevyhověl</i>	240V	2,5	
	0,2A	Rz=	380 [Ohm]
	Příkon:	Ri=	0,2 [MOhm]

Použitá měřidla:

Digit. voltmetr	v.č. 1040001	Kalibrační pumpa 3l	v.č. 95300601
MEDITEST	v.č. 200319	U trubice	95308875
Tlakoměr GMH3150	v.č. GMSD350MR		

Výsledek kontroly:

Zdravotnický prostředek je - ~~není~~ funkční, použitelný pro účel stanovený výrobcem a bezpečný pro další provoz
 Zdravotnický prostředek lze - ~~nelze~~ dále používat při poskytování zdravotní péče.

Termín následné kontroly do:

1x 2a rok

Posouzení provedl: ing. Jaroslav Kurka

Dne:

28.11.05 Eva Kurkova

Razítko, podpis:

Kurka.Med s.r.o.
 Jabloňová 102/2882
 106 00 Praha 10

Za poskytovatele zprávu převzal:

Jméno:

Podpis:

28. XI. 2005

89 19/10
 301 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
 I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
 588 441 111
 Klinika pracovního lékařství
 Ambulance
 Předn. lta: MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.