

+

Servis zdravotnické techniky firmy SAALMANN

Protokol o měření intenzity záření č.25/08
průchozí

Uživatel zařízení: **Klinika chorob kožních a pohlavních, ambulance 404, 405**

Majitel zařízení: **Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc**

Místo inst. zařízení: **Klinika chorob kožních a pohlavních, ambulance 404, 405**

Typ zařízení: **VARIA - UVAPUR**

Výrobní číslo: v.č. **0898- 4758** In. číslo: **19225**

Měřeno dne: **29.5.2008**

Použité měřicí přístroje typ: **SECUN TEST 0701/0702, výr. číslo: M701C**
(Výrobce: Metravatt)
UVM – 8, výr. číslo: J 253
Použitý senzor typ: **UVM – 8A (315 – 400nm), výr. číslo: J 583**
(Výrobce: Kara Tekniika OY, Finland)

Optimální naměřená hodnota: **8,2 mW/cm2 to je 54,6 %**

měřeno při teplotě 20 stupňů C


Termín dalšího měření je po uplynutí 500 hodin provozu, nejdéle pak za jeden rok.

Provedení preventivní periodické bezpečnostně technické kontroly podle zákona č. 123/2000 Sb. a
č. 130/2003 Sb.

- Přístroj vyhovuje -

Odpovědný zástupce uživatele (jméno a podpis)

Právní zástupce
18001



Autorizovaný servisní technik (jméno a podpis) Karel Szewieczek



Karel Szewieczek - ELSO
Třešňová 553, Orlová-Poruba
735 14 IČO 471 71 962
Servis zdravotnické techniky firmy
SAALMANN GmbH, SRN

Karel Szewieczek - ELSO
Servis zdravotnické techniky firmy SAALMANN GmbH, SRN,
Třešňová 553, 735 14 Orlová – Poruba
tel.:+420 602771194, fax: +420 596512311