



TRANSKONTAKT - MEDICAL s.r.o.

Na Zatlane 5, CZ -150 00 PRAHA 5

DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001

PROTOKOL č. 067 / 2008

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO: 174710 i.č. ID1 1374-000	INFUZNÍ PUMPA ARCOMED VP 5000	NEMOCNICE: FN Olomouc I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc ODD.: ONKOLOGIE 42A
INSTALACE: 14.2.1999		

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		PRÁSKLY PŘEDNÍ A ZADNÍ KRYT POHODLÍ - DOPODLE VÝMĚNY
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1	Ri 50 Rz 0,09 ZO1 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		12V 17Ah / 57mA
Funkční testy:	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	DOBŘE
Spínače:	KAPKY, VZDUCH	DOBŘE
Kalibrace:	± 5 % IS - 125	30, 50, 100, 300, 600 ml/hod.
Výstupní tlak:	150 kPa - 250 kPa	ODPOVĚDÁ
Bezpečnostní tlak:	NASTAVENÍ 7-4	65 kPa
Stav mechanických dílů:		DOBŘE

Zařízení bylo podrobeno testu v délce 1 2 3 4 5 6 hodin.

Zak.list č.: 046/2008

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu.

Měření provedeno dne: 10 -09- 2008

Termín další kontroly: 10. 09. 2010

Měření provedl: SUCHOMEL Zdeněk

Protokol převzal:



TRANSKONTAKT s.r.o.
MEDICAL
Na Zatlane 5
150 00 PRAHA 5
kancelář: Starobrněnská 13
602 00 Brno

zakoupení nemocnice Olomouc:
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 588 443 125, fax: 588 443 529

Chuduchow

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. Spisová značka: odd.C, vložka 11688

Bankovní spojení ČSOB Praha č.úctu 576455083/0300

IČO 45797803

DIČ CZ45797803

Praha : Na Zatlane 5, 150 00 Praha 5

Brno : Starobrněnská 13, 602 00 Brno

e-mail: transkontakt @ medicaltk.com

Zelená linka 800 100 895

Tel.: 25156 4228 Fax: 25156 6226

Tel.: 54221 2616 Fax: 54221 4052

www stránky: www.medicaltk.com