

TRANSKONTAKT

M e d i c a l spol. s r.o.

H2A - RAJKOVA ST. SESTRA

NA ZATLANCE 5
150 00 PRAHA

Středisko Brno, Zelný trh 1, 602 00 Brno, tel.05-4221 2616, fax 05-4221 4052

FN Olomouc
I.P.Pavlova
77520 Olomouc

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Dne 17.2.99 byly zainstalovány, předvedeny a v základních funkcích přezkoušeny volumetrické infuzní pumpy ARCOMED VP 5000.

Výrobní čísla: 212604, 174410, 173410,
BKS

ONKOLOGIE 1p, 42a
S obsluhou byla seznámena: ST.S. RAJKOVA

Návod v českém jazyku a rozhodnutí státní zkušebny, včetně závěrečného protokolu přiloženy.

Záruka ode dne uvedení do provozu, t.j. do 17.2.1999

Záruční a pozáruční opravy provádí Transkontakt-Medical s.r.o.
Zelný trh 1, 602 00 Brno

Přezkoušení a předvedení provedl: Suchomel Zdeněk

Přístroj funkční a bez závad přebírá:

Keim

TRANSKONTAKT s.r.o.
MEDICAL
Na Zatlance 5
150 00 PRAHA 5
kancelář: Zelný trh 1
602 00 Brno

89
301
212
FN OLOMOUC
Onkologická klinika H2A
Ambulance 402, 403
přednosta
Doc.MUDr. Jindřich MACHÁČEK, CSc.

V Olomouci dne 17.2.1999