

ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT



ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ TYPU MĚŘIDLA č. 2824/98/010

Na žádost firmy M.G.P., spol. s r.o., Kvítková 1575, 760 01 Zlín,
Český metrologický institut, podle zákona o metrologii č.505/1990 Sb., § 6, 7 a 12,
schvaluje typ měřidla

měřidlo dávkového příkonu typ Dose Rate Meter 6150 AD6,

(vztahuje se na měřidla s výrobními čísly většími než 65602)

výrobce: Automation und Messtechnik GmbH, Ladenburg, SRN,

při dodržení technických údajů a podmínek uvedených v příloze tohoto rozhodnutí.

Platnost do: 16.04. 2008.

Měřidlu se přiděluje úřední značka schválení typu

TCM 441/98 - 2824

Odůvodnění:

Uvedené měřidlo splňuje metrologické požadavky, jak bylo zjištěno technickou zkouškou, provedenou Českým metrologickým institutem, s přihlédnutím ke vnitrostátnímu schvalovacímu dokumentu zahraničního metrologického orgánu - PTB, SRN, č.6.41-07/94B, ze dne 18.01.1995, č.6.41-10/89B ze dne 05.03.1990 a č.6.41-05/86B ze dne 23.03.1987.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů od jeho doručení podat u Českého metrologického institutu odvolání k Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Příloha

je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Obsahuje základní technické údaje a metrologické parametry měřidla. Má 2 strany protokolu ze dne 31.03.1998, kopie vnitrostátního schválení PTB, 3 strany č. 6.41-07/94B, 6 stran kopie č. 6.41-10/89B, 6 stran kopie č. 6.41-05/86B, celkem 17 stran.



RNDr. Pavel Klenovský
ředitel ČMI