

# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My,  
**CANBERRA – PACKARD spol. s r.o.**  
**Šultysova 37, 169 00 Praha 6**  
**IČO : 44850867**

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že vlastnosti výrobku splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého použití (určeného použití) bezpečný.

Název výrobku : FHT65

Typ výrobku : LLX

Příslušenství : všechny externí sondy a datová propojení

Popis a určení výrobku: Kontaminační monitor , určený pro měření kontaminace rukou a podrážek bot s možností měřit kontaminaci oděvů.

*(příp. účel použití)*

Je nabízeno v konfiguracích:

model LLX – měření beta a gama záření

Výrobce : EBERLINE INSTRUMENTS GmbH  
Frauenauracher Strasse 96  
D-91056 Erlangen, SRN

Způsob posouzení shody : **§12 odst. (4) a) Zákona č.22/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 v posledním platném znění.**

Výrobek, na nějž se vztahuje toto prohlášení je ve shodě s :

1. Následující normou (normami) :

1.1 El.bezpečnost : podle LVD 73/23/EEC: EN 61010 (1994)

1.2 EMC : podle EMC direktivy 89/336/EEC: EN 50081-1 (1992)  
EN 55011 (1988) Třída B, Skupina I  
EN 50082-1 (1993)  
IEC 801-2 (1991) 4 kV kontakt, 8 kV

vzduch

ENV 50140 (1993), IEC1000-4-3, 3 V/m,  
80% AM, 1 kHz, 80...1000 MH  
prEN 6100-4-4 (1994), 1 kV proud, 0.5 kV

signál

2. Následujícím nařízením vlády :

2.1 El.bezpečnost : Podle NV č. 168/1997 Sb. ve znění NV č. 281/2000 Sb.

2.2 EMC : Podle NV č. 169/1997 Sb. ve znění NV č. 282/2000 Sb.

**CANBERRA-PACKARD s.r.o.**  
ŠULTYSOVA 37, 169 00 PRAHA 6  
TEL.: 233090031, FAX: 233090032  
DIČ CZ44850867 (1)

Doplňující informace :

*(číslo, data a doby platnosti certifikátů, identifikace autorizované osoby, adresa, IČO, atd.)*

Místo vydání: Praha

Datum vydání: 22.11.2005

  
Jméno: Jiří KOTRBA  
Funkce: ředitel