

## Protokol o technické kontrole zdravotnického prostředku (ZP) – přístroje

Název ZP: Stomatolog. souprava	bez závad	opraveno	vyměněno	Provozovatel: FN Olomouc	bez závad	opraveno	vyměněno
Typ ZP: Linea 90, Arcádia				I. P. Pavlova 6			
Výr. číslo: 2005 S 260				775 20 Olomouc			
Inv. číslo: C005407-000				Stomat. klinika - zub. ordinace č. 8			
Vizuální kontrola vnější celková	X			<b>-funkčnost</b>			
<b>Kontrola křesla</b>				-ovládací prvky, bezpečnostní prvky	X		
-stabilita, pohyby, koncové polohy,	X			-funkce nástrojů a nožního ovladače	X		
-vůle, bezpečnostní prvky,	X			-funkce stříkačky	X		
-hydraulická část				-funkce mikromotorů	X		
-elektrická část, programové polohy	X			-funkce turbínek	X		
-podhlavník	X			-funkce OZK			
-opěrky rukou	X			-funkce polymer. lampy			
<b>Kontrola zubní jednotky</b>				-			
-mechanická část (pohyby ramen, tření)	X			<b>-separátor amalgámu</b>			
<b>-okruh tlak. vzduchu</b>				-signalizace	X		
-připojení	X			-funkčnost	X		
-filtry	X			-naplnění sběrné nádoby	X		
-těsnost	X			<b>-elektrická bezpečnost stomat. soupravy</b>			
-provozní tlaky	X			-izolační odpor	X		
<b>-okruh tlak. vody</b>				-odpor ochranného uzem. vodiče	X		
-připojení	X			-unikající proudy	X		
-filtry	X						
-těsnost	X						
-provozní tlaky	X			<b>Kontrola kompresoru</b>			
-odpad	X			-vizuální kontrola			
<b>-okruh podtlaku</b>				-těsnost			
-připojení	X			-filtry			
-filtry	X			-bezpečnostní prvky			
-těsnost	X						
-provozní podtlaky	X			<b>Kontrola odsávačky</b>			
<b>-elektrická část</b>				-vizuální kontrola			
-pojistky, kabeláž, neporušenost izolace	X			-těsnost			
-konektory, bezpečnostní prvky	X			-bezpečnostní prvky			
-svítidlo, ventilátor	X						
-							

Prvky doporučené k výměně:

Zhotovitel upozorňuje, že tato technická kontrola nenahrazuje elektrické revize ani revize tlakových nádob.

### Závěr:

Zdravotnický prostředek je – není (nehodící se škrtněte)  
 funkční a bezpečný pro použití k výrobcem určenému účelu při poskytování zdravotní péče.

Termín následné kontroly do: **31. 08. 2008**

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje požadavky národní legislativy k prováděným činnostem.

K výkazu práce č.: **125 810**

Technickou kontrolu provedl dne: **14. 08. 2007**