

Název přístroje: BPD 13 - defibrilátor Výrobní číslo : EL 1920 Inv.č. I017257-000

Výrobce: Chirana-Stará Turá ,SR

Třída el. bezp. : II.

Typ : CF

Provozovatel :

adresa : FN Olomouc I.P.Pavlova 6 ,Olomouc

oddělení : Klinika ústní,čelistní a obličejové chirurgie-lůžková část

1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje**Kontrola unikajících proudů nepřímou metodou**



P.č.	Unikající proud	Naměřená hodnota	Přípustná hodnota	Výsledek
1.1.	Síť - přístupná část	0,00 mA	0,50 mA	Vyhovuje
1.2.	Síť - příložná část	0,004 mA	0,05 mA	Vyhovuje
1.3.	Přístupná část - příložná část	0,000 mA	0,1 mA	Vyhovuje

2. Kontrola funkčních parametrů přístroje

P.č.	Popis provedeného úkonu	Výsledek
2.1.	Prohlídka přístroje – vizuální kontrola	Vyhovuje
2.2.	Kontrola mechanických částí	Vyhovuje
2.3.	Kontrola síťové části včetně pojistek	Vyhovuje
2.4.	Kontrola stavu akumulátorů	Vyhovuje
2.5.	Kontrola defibrilačních elektrod a příslušenství	Vyhovuje
2.6.	Kontrola ovládání , signalizace a funkce přístroje	Vyhovuje

3. Poznámky, připomínky, doporučeníU přístroje nabíjecí stojan BPD 13NS v.č.EL 1920
Bez připomínek**4. Závěr****Tento přístroj odpovídá technickým požadavkům výrobce a je možno jej používat ve zdravotnictví k péči o pacienta.****Použité měřicí přístroje** (název,typ, v.č.) :

MEDITEST 50 v.č.976 104, Multimetr METEX M-4650CR v.č.EF711836, Osciloskop KIKUSUI v.č.28070426,

Datum provedení kontroly : **25.5.2007**Datum příští PBTK : **05/2008**Kontrolu provedl
(jméno a podpis): **Jiří Ištuk**
CHIRONAX
Frýdek-Místek s.r.o.
Protokol převzal :
datum,jméno a podpis)Revoluční 1280
738 01 Frýdek-Místek