

Název přístroje: CHIRASTAR 60 – EKG přístroj Výrobní číslo : RE 769 Inv.č. I014784-000

Výrobce: Chirana-Stará Turá ,SR Třída el. bezp. : II. Typ : CF

Provozovatel :

adresa : FN Olomouc I.P.Pavlova 6 ,Olomouc

oddělení : Klinika ústní,čelistní a obličejové chirurgie-lůžková část

1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje**Kontrola unikajících proudů nepřímou metodou**

P.č.	Unikající proud	Naměřená hodnota	Přípustná hodnota	Výsledek
1.1.	Síť - přístupná část	0,36 mA	0,50 mA	Vyhovuje
1.2.	Síť - příložná část	0,014 mA	0,05 mA	Vyhovuje
1.3.	Přístupná část - příložná část	0,021 mA	0,05 mA	Vyhovuje

2. Kontrola funkčních parametrů přístroje

P.č.	Popis provedeného úkonu	Výsledek
2.1.	Prohlídka přístroje – vizuální kontrola	Vyhovuje
2.2.	Kontrola mechanických částí	Vyhovuje
2.3.	Kontrola síťové části včetně pojistek	Vyhovuje
2.4.	Kontrola pacientního kabelu, elektrod a příslušenství	Vyhovuje
2.5.	Kontrola kimografu	Vyhovuje
2.6.	Kontrola nastavení, funkce, ovládání a signalizace	Vyhovuje

3. Poznámky, připomínky, doporučení

U vozíku přístroje rozbity zasouvací šuplíky

4. Závěr**Tento přístroj odpovídá technickým požadavkům výrobce a je možno jej používat ve zdravotnictví k péči o pacienta.****Použité měřicí přístroje přístroje (název,typ, v.č.) :**

MEDITEST 50 v.č.976 104, Multimetr METEX M-4650CR v.č.EF711836, Osciloskop KIKUSUI v.č.28070426,simulátor EKG signálu

Fakultní nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink opravI.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 588 443 125, fax: 588 442 529

- 06- 2007

Datum provedení kontroly : **25.5.2007**Datum příští PBTK : **05/2008**Kontrolu provedl : **Jiří Ištuk**
(jméno a podpis)Protokol převzal :
(datum, jméno a podpis)
CHIRONAX
Frýdek-Místek s.r.o.
 Revoluční 1280
738 01 Frýdek-Místek