

Název přístroje: CHIRATOM 400-vf.chirurgický přístroj Výrobní číslo : HM 2225 Inv.č. I018761-000

Výrobce: Chirana-Prema a.s. SR

Třída el. bezp. : I.

Typ : BF

Provozovatel :

adresa : FN Olomouc I.P.Pavlova 6 ,Olomouc

oddělení : Klinika ústní,čelistní a obličejové chirurgie-operací sál

1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje**Kontrola unikajících proudů nepřímou metodou**

P.č.	Unikající proud	Naměřená hodnota	Přípustná hodnota	Výsledek
1.1.	Sít - přístupná část	0,09 mA	1,00 mA	Vyhovuje
1.2.	Sít - příložná část	0,089 mA	0,50 mA	Vyhovuje
1.3.	Přístupná část - příložná část	0,328 mA	5,00 mA	Vyhovuje

Kontrola přechodového odporu

1.4.	Odpor ochranného vodiče	0,09 Ω	0,3 Ω	Vyhovuje
1.5.	Délka pohyblivého přívodu	5 m	6 m	Vyhovuje

2. Kontrola funkčních parametrů přístroje

P.č.	Popis provedeného úkonu	Výsledek
2.1.	Prohlídka přístroje – vizuální kontrola	Vyhovuje
2.2.	Kontrola mechanických částí	Vyhovuje
2.3.	Kontrola síťové části včetně pojistek	Vyhovuje
2.4.	Kontrola příslušenství	Vyhovuje
2.5.	Kontrola funkce ovládání a signalizace	Vyhovuje
2.6.	Kontrola funkce ochrany pacienta a obsluhy	Vyhovuje
2.7.	Kontrola vf výkonu	Vyhovuje

3. Poznámky, připomínky, doporučení

Bez připomínek

4. Závěr**Tento přístroj odpovídá technickým požadavkům výrobce a je možno jej používat ve zdravotnictví k péči o pacienta.****Použité měřicí přístroje přístroje (název,typ, v.č.) :**

MEDITEST 50 v.č.976 104, Multimetr METEX M-4650CR v.č.EF711836, Osciloskop KIKUSUI v.č.28070426..

Fakultní nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink opravI.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 588 443 125 fax: 588 442 529Datum provedení kontroly : **22.5.2007**Datum příští PBTK : **05/2008**Kontrolu provedl
(jméno a podpis): **Jiří Ištuk**

CHIRONAX

Frýdek-Místek s.r.o.

Protokol převzal :

(datum,jméno a podpis)



Revoluční 1280

738 01 Frýdek-Místek