

## Protokol o technické kontrole zdravotnického prostředku (ZP) – přístroje

Název ZP: Stomatolog. křeslo	bez závad	opraveno	vyměněno	Provozovatel: FN Olomouc	bez závad	opraveno	vyměněno
Typ ZP: Arcádia				I. P. Pavlova 6			
Výr. číslo: 2006 R 423				775 20 Olomouc			
Inv. číslo: 1023072-000				Stomat. klinika - zub. pohotovost			
Vizuální kontrola vnější celková	X			<b>-funkčnost</b>			
<b>Kontrola křesla</b>				-ovládací prvky, bezpečnostní prvky			
-stabilita, pohyby, koncové polohy,	X			-funkce nástrojů a nožního ovladače			
-vůle, bezpečnostní prvky,	X			-funkce stříkačky			
-hydraulická část				-funkce mikromotorů			
-elektrická část, programové polohy	X			-funkce turbínek			
-podhlavník	X			-funkce OZK			
-opěrky rukou	X			-funkce polymer. lampy			
<b>Kontrola zubní jednotky</b>				-			
-mechanická část (pohyby ramen, tření)				<b>-separátor amalgámu</b>			
<b>-okruh tlak. vzduchu</b>				-signalizace			
-připojení				-funkčnost			
-filtry				-naplnění sběrné nádoby			
-těsnost				<b>-elektrická bezpečnost stomat. soupravy</b>			
-provozní tlaky				-izolační odpor			
<b>-okruh tlak. vody</b>				-odpor ochranného uzem. vodiče			
-připojení				-unikající proudy			
-filtry							
-těsnost							
-provozní tlaky				<b>Kontrola kompresoru</b>			
-odpad				-vizuální kontrola			
<b>-okruh podtlaku</b>				-těsnost			
-připojení				-filtry			
-filtry				-bezpečnostní prvky			
-těsnost							
-provozní podtlaky				<b>Kontrola odsávačky</b>			
<b>-elektrická část</b>				-vizuální kontrola			
-pojistky, kabeláž, neporušenost izolace				-těsnost			
-konektory, bezpečnostní prvky				-bezpečnostní prvky			
-svítidlo, ventilátor							
-							

Prvky doporučené k výměně:

Zhotovitel upozorňuje, že tato technická kontrola nenahrazuje elektrické revize ani revize tlakových nádob.

### Závěr:

Zdravotnický prostředek je – není (nehodící se škrtněte)  
funkční a bezpečný pro použití k výrobcem určenému účelu při poskytování zdravotní péče.

Termín následné kontroly do: **31. 08. 2008**

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje požadavky národní legislativy k prováděným činnostem.

K výkazu práce č.: **125 810**

Technickou kontrolu provedl dne: **14. 08. 2007**