

firma: Hruška Zdeněk, Růžová 158, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 63686121

Datum: 5.8.05

číslo protokolu: 05011

Protokol o provedené technické kontrole zdravotnického prostředku

Název	KARDIOMONITOR	typ	LKM 100
výrobce	TESLA VM.	rok výroby	1991
klinika	KÚČOCH	oddělení	odol 30
výrobní číslo	P20030	inv. číslo	017199

Vizuální kontrola

kryt přístroje	OK
ovládací prvky	OK
síťový přívod	OK - odizolovaný

Bezpečnostní elektrická zkouška

Un (V)	220	metoda:	izolační stav-náhradní měření
Pn (W)	30	přímé měření	síťová část
tř.ochrany	I/II	unikajících proudů	příložná část
mat.přívodu	04343005		příložná část
délka přívodu	1,5m		přístupná část

Ověření technických parametrů

	naměřená hodnota	stanovená hodnota
kontrola napájecího zdroje +/- 15V	$\pm 14,4V$	14-15V
kontrola rychlosti stopy ekg 1 Hz	25cm/s	25cm/s $\pm 10\%$
měření tepové frekvence generátorem 1 Hz	61	60 $\pm 10\%$
měření amplitudy R-vlny generátorem 1 mV	23mm	10-50mm
kontrola alarmových mezí min/max	218 s	2-5/4-10 s
test pulstachometru stimulačním impulsem	OK	200/100

Použité měřicí přístroje

Název	Typ	v.č.	číslo protokolu
kontrolní a revizní přístroj	Meditest 50	204036	00200/1M50
monitorní tester	LCO 100	AD 0704	25/2004
digitální multimetr	HC-M 890 G	BH142XP04	01/12/04
posuvné měřítko	Somet Inox	-	
stopky	Slava	178062	

✓ Kontrolovaný přístroj splňuje technické parametry dané výrobcem

Kontrolovaný přístroj po odstranění závad splňuje technické parametry dané výrobcem

Kontrolovaný přístroj nespĺňuje technické parametry dané výrobcem

HRUŠKA ZDENĚK
Výroba, instalace a opravy
el. strojů a přístrojů
Růžová 158, Valašské Meziříčí
IČO: 63686121

Doporučený termín příští kontroly : ZRPEN 2006 Vypracoval : Zdeněk Hruška